



Spirometrie-Testbericht

Probandeninformationen


Nachname:	Test4	ID:	2011243_102814671	Alternative ID:	
Vorname:	Test4	Gebdat:	01.01.1965	Alter:	46
2. Vorname:	Test4	Größe:	170 cm	Geschlecht:	Männlich
Population:	EUROPÄISCH	Gewicht:	90,0 kg	BMI:	31,1

Testsitzungsinformationen


Testdatum:	31.08.2011 10:35	Gerät:	██████████	Seriennummer:	25426
Anz. der Tests:	4	Genauigkprfg:	30.08.2011 14:40	Benutzer:	Administrator
Normwerte:	ERS '93/Polgar	Norm.-Faktor	100%	Position:	Sitzend

Werte bei BTPS

Fluss-Volumen-Kurve



Volumen-Zeit-Kurve



Ergebnisse

Parameter	ATS/ERS-Bestw.	Norm	% Norm.	Bestw. 1(Test 2)	Bestw. 2(Test 1)	Bestw. 3(Test 4)
				10:37:05	10:35:52	10:38:23
VC (L)	3,82	4,43	86	3,82	3,82	3,82
FVC (L)	3,89	4,26	91	3,86	3,83	3,81
FEV1 (L)	3,14	3,49	90	3,13	3,14	3,01
FEV1/VK	0,81	0,79	103	0,81	0,82	0,79
PEF (L/min)	488	517	95	488	478	468
FEF25-75 (L/s)	2,99	4,02	74	2,99	3,18	2,73
FEF50 (L/s)	3,79	4,67	81	3,79	3,95	3,64

*Unterhalb der unteren Normalitätsgrenze (LLN)

Informationen zu Testqualität und Reproduzierbarkeit

Testqualität	FVC-Repr.:	FEV1-Repr.:	Langsamer Testbeginn	Ende des Tests Kriterien wurden nicht erfüllt	Husten in der 1. Sekunde erkannt
A	0,03 L	0,01 L	0 Atemstoß/Atemstöße	4 Atemstoß/Atemstöße	0 Atemstoß/Atemstöße

Vom Computer vorgeschlagene Interpretation

Atemfunktion im Normalbereich.



Unterschrift: _____

Datum: _____